

تغییرات ترالی احیا در ویرایش هشتم			
ردیف	ویرایش ۲	ویرایش ۸	
۱	اپی نفرین یک در ده هزار ندارد	اضافه شدن اپی نفرین یک در ده هزار	کشوی اول
۲	آمیودارون و لیدوکائین ۵ عدد	آمیودارون و لیدوکائین ۳ عدد	
۳	دوپامین ۳ عدد	دوپامین ۲ عدد	
۴	نالوکسان ۱۰ عدد	نالوکسان ۵ عدد	
۵	فنی توئین ستاره دار بوده است و فوبار بدون ستاره	فنی توئین بدون ستاره شده است و فنوبار ستاره دار	
۶	دیازپام ۱۰ عدد	دیازپام ۵ عدد	
۷	اپی نفرین ندارد	اپی نفرین یک در هزار	کشوی دوم
۸	نور اپی نفرین ندارد	نور اپی نفرین ۳ عدد	
۹	آسپرین ۱۰۰ و ۳۲۵ وجود داشت	فقط آسپرین ۱۰۰ به تعداد ۱۰ عدد	
۱۰	سرنک گاواژ	حذف گردید	کشوی سوم
۱۱	نیدل	حذف گردید	
۱۲	برانول آجری	حذف گردید	
۱۳	انواع سرنک ۵ عدد	۳ عدد	
۱۴	سرنک انسولین ۳ عدد	۲ عدد	
۱۵	برانول خاکستری، آبی و زرد ۳ عدد	۲ عدد (سبز و صورتی ۳ عدد)	
۱۶	سه راهه برانول ۳ عدد	۲ عدد	
۱۷	هپارین لاک ۳ عدد	۱ عدد	
۱۸	لوله های آزمایش ۳ عدد	۲ عدد	
۱۹	میکروست ۳ عدد	۲ عدد	
۲۰	ست تزریق داخل استخوانی ندارد	ست تزریق داخل استخوانی اضافه شده است	
۲۱	ست سرم ۵ عدد	۲ عدد	
۲۲	۳ NGT عدد	۱ عدد	کشوی چهارم
۲۳	باند ۳ عدد	۲ عدد	
۲۴	گاز استریل ۲۰ عدد	۵ عدد	
۲۵	نلاتون ۳ عدد	۱ عدد	
۲۶	سوند فولی ۱۲ و ۱۴	حذف گردید	

۲۷		سایر فولی ها ۲ عدد	۱ عدد
۲۸		یورین بگ ۳ عدد	۱ عدد
۲۹		فنج بخیه	۱ عدد
۳۰		دستکش یکبار مصرف ۱ بسته	۵ جفت
۳۱		بیستوری	۱ عدد
۳۲	کشوی پنجم	-----	آمبویگ نوزادان اضافه شد
۳۳		-----	LMA نوزاد اضافه گردید
۳۴		NPA	حذف گردید
۳۵		گوشی پزشکی	حذف گردید
۳۶		فشار سنج	حذف گردید
۳۷		لوله کاف دار ۳ عدد	لوله کاف دار ۲ عدد
۳۸		لوله بدون کاف ۱ عدد	لوله بدون کاف ۲ عدد
۳۹		نازال ۳ عدد	۲ عدد
۴۰		رابط اکسیژن ۳ عدد	۲ عدد
۴۱		ایری OPA ۳ عدد	۱ عدد
۴۲		سه راهه ساکشن ۳ عدد	۲ عدد

نکته ۱: ست تزریق داخل استخوانی در کشوی دوم اختیاری است.

نکته ۲: وجود تشک گرمایی و تی پیس نوزادی در کشوی پنج اختیاری است.

نکته ۳: در بخش های نوزادان و NICU در کنار ترالی احیا نوزاد بایستی کیف احیا بزرگسالان نیز قرار بگیرد.

